

財產別名	財產編號	已使用
1. 可撓式模組封裝設備	3-01-26-09-0021-0000002	機械類 8 年 6 月
2. 低溫循環水槽	3-10-04-03-0019-0000046	機械類 11 年 9 月
3. OMEGA 紅外線溫度計	3-10-04-01-0059-0000003	化學類 17 年 11 月
4. 氣體流量壓力控制器	3-01-32-08-0063-0000119	機械類 15 年 8 月

1. 可撓式模組封裝設備，已超過使用年限，壓力控制範圍無法調整，會漏油，封裝效果不良



圖 1. 可撓式模組封裝設備

2. 低溫循環水槽，已超過使用年限多年，故障不值得維修



圖 2. 低溫循環水槽

3. OMEGA 紅外線溫度計，已超過使用年限多年，故障無法使用，不值得維修



圖 3. OMEGA 紅外線溫度計

4. 氣體流量壓力控制器，已超過使用年限多年，故障無法使用，不值得維修



圖 4 氣體流量壓力控制器