

財產別名	財產編號	已使用	使用年限
太陽能電池 I-V 電性儀	3-10-07-01-0028-0000005	電子類	11 年 9 月 5 年

太陽能電池 I-V 電性儀，已超過使用年限多年，因燈源劣化及溫控平台水路阻塞已無法正常使用，故障不值得維修。



太陽能電池 I-V 電性儀