


行政院原子能委員會核能研究所
作業環境監測報告書總表

行政院原子能委員會核能研究所

作業環境監測報告書總表

監測日期:106年05月03日

項次	監測位置	監測項目	容許濃度標準	監測結果	是否合格
1	002館118室	甲醇	200ppm	< 1.057 ppm	合格
2	002館118室	乙醚	400ppm	< 0.285 ppm	合格
3	002館118室	二氯甲烷	50ppm	1.847 ppm	合格
4	002館118室	丙酮	750ppm	< 0.535 ppm	合格
5	002館118室	正己烷	50ppm	< 0.225 ppm	合格
6	002館119室	二氯甲烷	50ppm	< 0.065 ppm	合格
7	002館119室	丙酮	750ppm	< 0.499 ppm	合格
8	002館119室	乙酸乙酯	400ppm	< 0.308 ppm	合格
9	002館208室	二氯甲烷	50ppm	2.438 ppm	合格
10	002館208室	三氯甲烷	10ppm(高)	< 0.050 ppm	合格
11	002館208室	乙酸乙酯	400ppm	< 0.310 ppm	合格
12	002館208室	正己烷	50ppm	< 0.235 ppm	合格
13	002館210室	丙酮	750ppm	2.186 ppm	合格
14	002館210室	乙酸乙酯	400ppm	2.281 ppm	合格
15	013館314室	乙二醇甲醚	5ppm	< 0.183 ppm	合格
16	013館314室	鄰-二氯苯	50ppm(高)	< 0.161 ppm	合格
17	013館314室	丙酮	750ppm	< 0.622 ppm	合格
18	013館314室	甲苯	100ppm	< 0.336 ppm	合格
19	013館314室	氯苯	75ppm	< 0.161 ppm	合格
20	013館314室	異丙醇	400ppm	0.321 ppm	合格




行政院原子能委員會核能研究所

作業環境監測報告書總表

監測日期:106年05月03日

項次	監測位置	監測項目	容許濃度標準	監測結果	是否合格
21	020館管制區	乙腈	40ppm	< 0.356 ppm	合格
22	052館103室	丙酮	750ppm	< 0.335 ppm	合格
23	052館103室	二甲基甲醯胺	10ppm	< 0.168 ppm	合格
24	052館116室	甲醇	200ppm	< 0.722 ppm	合格
25	052館116室	乙腈	40ppm	< 0.688 ppm	合格
26	052館116室	丙酮	750ppm	< 0.335 ppm	合格
27	052館133室	甲醇	200ppm	< 0.618 ppm	合格
28	052館133室	乙腈	40ppm	< 0.522 ppm	合格
29	052館133室	丙酮	750ppm	< 0.452 ppm	合格
30	052館211室	甲醇	200ppm	< 0.614 ppm	合格
31	052館211室	乙醚	400ppm	< 0.610 ppm	合格
32	052館211室	乙腈	40ppm	< 0.370 ppm	合格
33	052館211室	乙酸乙酯	400ppm	< 0.265 ppm	合格
34	052館211室	二甲基甲醯胺	10ppm	< 0.237 ppm	合格
35	052館304室	甲醇	200ppm	< 0.592 ppm	合格
36	052館304室	乙醚	400ppm	< 0.545 ppm	合格
37	052館304室	乙腈	40ppm	< 0.536 ppm	合格
38	052館304室	二氯甲烷	50ppm	< 0.103 ppm	合格
39	052館304室	丙酮	750ppm	< 0.512 ppm	合格
40	052館304室	乙酸乙酯	400ppm	< 0.267 ppm	合格




行政院原子能委員會核能研究所

作業環境監測報告書總表

監測日期:106年05月03日

項次	監測位置	監測項目	容許濃度標準	監測結果	是否合格
41	052館304室	正己烷	50ppm	< 0.117 ppm	合格
42	052館304室	二甲基甲醯胺	10ppm	< 0.294 ppm	合格
43	052館306室	乙腈	40ppm	< 0.428 ppm	合格
44	052館306室	二甲基甲醯胺	10ppm	< 0.149 ppm	合格
45	052館308室	丙酮	750ppm	< 0.289 ppm	合格
46	052館308室	乙酸乙酯	400ppm	< 0.194 ppm	合格
47	052館308室	正己烷	50ppm	< 0.154 ppm	合格
48	052館308室	二甲基甲醯胺	10ppm	< 0.179 ppm	合格
49	069館114室	甲醇	200ppm	< 0.580 ppm	合格
50	069館133室	甲醇	200ppm	< 1.035 ppm	合格
51	069館133室	乙腈	40ppm	< 0.438 ppm	合格
52	069館133室	丙酮	750ppm	< 0.308 ppm	合格
53	069館210室	乙腈	40ppm	< 0.611 ppm	合格
	~以下空白~				



行政院原子能委員會核能研究所

作業環境監測報告書總表

監測日期:106年05月03日

項次	監測位置	監測項目	容許濃度標準	監測結果	是否合格
1	秘書室060館1F 104室	二氧化碳	5000ppm	460ppm	合格
2	秘書室060館1F 106室	二氧化碳	5000ppm	454ppm	合格
3	秘書室060館1F 107-1室	二氧化碳	5000ppm	429ppm	合格
4	秘書室060館1F 113室	二氧化碳	5000ppm	474ppm	合格
5	秘書室060館1F 123室	二氧化碳	5000ppm	401ppm	合格
6	秘書室060館2F 203室	二氧化碳	5000ppm	372ppm	合格
7	秘書室060館2F 205-1室	二氧化碳	5000ppm	394ppm	合格
8	秘書室060館2F 206室	二氧化碳	5000ppm	365ppm	合格
9	秘書室060館2F 207室	二氧化碳	5000ppm	352ppm	合格
10	秘書室060館2F 209室	二氧化碳	5000ppm	371ppm	合格
11	秘書室060館2F 211室	二氧化碳	5000ppm	353ppm	合格
12	秘書室060館3F 315室	二氧化碳	5000ppm	347ppm	合格
13	秘書室060館4F 403室	二氧化碳	5000ppm	427ppm	合格
14	秘書室060館4F 405室	二氧化碳	5000ppm	426ppm	合格
15	秘書室060館4F 407室	二氧化碳	5000ppm	443ppm	合格
16	秘書室060館4F 411室	二氧化碳	5000ppm	426ppm	合格
17	秘書室060館4F 413室	二氧化碳	5000ppm	427ppm	合格
18	秘書室060館4F 417室	二氧化碳	5000ppm	425ppm	合格
19	秘書室060館5F 501A室	二氧化碳	5000ppm	411ppm	合格
20	秘書室060館5F 502室	二氧化碳	5000ppm	462ppm	合格



行政院原子能委員會核能研究所

作業環境監測報告書總表

監測日期:106年05月03日

項次	監測位置	監測項目	容許濃度標準	監測結果	是否合格
21	秘書室060館5F 503室	二氧化碳	5000ppm	469ppm	合格
22	秘書室060館5F 507室	二氧化碳	5000ppm	463ppm	合格
23	秘書室060館5F 511A室	二氧化碳	5000ppm	453ppm	合格
24	秘書室060館5F 513室	二氧化碳	5000ppm	443ppm	合格
25	秘書室060館5F 515A室	二氧化碳	5000ppm	444ppm	合格
26	秘書室060館6F 606室	二氧化碳	5000ppm	453ppm	合格
27	工程組012館地下室 017室	二氧化碳	5000ppm	447ppm	合格
28	工程組012館地下室 019室	二氧化碳	5000ppm	453ppm	合格
29	工程組012館1F 106室	二氧化碳	5000ppm	452ppm	合格
30	工程組012館1F 107室	二氧化碳	5000ppm	444ppm	合格
31	工程組012館1F 111室	二氧化碳	5000ppm	445ppm	合格
32	工程組012館1F 133室	二氧化碳	5000ppm	441ppm	合格
33	工程組012館2F 202室	二氧化碳	5000ppm	439ppm	合格
34	工程組012館2F 203室	二氧化碳	5000ppm	444ppm	合格
35	工程組012館2F 204室	二氧化碳	5000ppm	443ppm	合格
36	工程組012館2F 208室	二氧化碳	5000ppm	453ppm	合格
37	工程組013館1F 大廳	二氧化碳	5000ppm	448ppm	合格
38	工程組013館2F 大廳	二氧化碳	5000ppm	457ppm	合格
39	工程組013館4F 大廳	二氧化碳	5000ppm	460ppm	合格
40	工程組013館4F 走廊	二氧化碳	5000ppm	442ppm	合格



行政院原子能委員會核能研究所

作業環境監測報告書總表

監測日期:106年05月03日

項次	監測位置	監測項目	容許濃度標準	監測結果	是否合格
41	工程組013館4F 辦公室 402室	二氧化碳	5000ppm	440ppm	合格
42	工程組013館4F 辦公室 403室	二氧化碳	5000ppm	450ppm	合格
43	工程組013館4F 辦公室 405室	二氧化碳	5000ppm	445ppm	合格
44	工程組013館4F 辦公室 407室	二氧化碳	5000ppm	449ppm	合格
45	工程組013館4F 辦公室 409室	二氧化碳	5000ppm	447ppm	合格
46	工程組013館4F 辦公室 410室	二氧化碳	5000ppm	447ppm	合格
47	工程組013館4F 辦公室 411室	二氧化碳	5000ppm	448ppm	合格
48	工程組013館4F 辦公室 412室	二氧化碳	5000ppm	472ppm	合格
49	工程組013館4F 辦公室 413室	二氧化碳	5000ppm	470ppm	合格
50	工程組013館4F 辦公室 415室	二氧化碳	5000ppm	465ppm	合格
51	工程組013館4F 辦公室 417室	二氧化碳	5000ppm	467ppm	合格
52	工程組013館4F 辦公室 419室	二氧化碳	5000ppm	450ppm	合格
53	工程組013館4F 辦公室 421室	二氧化碳	5000ppm	453ppm	合格
54	同位素組052館1F 辦公室 102室	二氧化碳	5000ppm	442ppm	合格
55	同位素組052館1F 辦公室 104室	二氧化碳	5000ppm	445ppm	合格
56	同位素組052館1F 辦公室 140室	二氧化碳	5000ppm	432ppm	合格
57	同位素組052館2F 辦公室 203室	二氧化碳	5000ppm	436ppm	合格
58	同位素組052館2F 辦公室 205室	二氧化碳	5000ppm	434ppm	合格
59	同位素組052館2F 辦公室 225室	二氧化碳	5000ppm	435ppm	合格
60	同位素組052館2F 辦公室 208室	二氧化碳	5000ppm	435ppm	合格



作業環境監測報告書總表

[illegible]